

保冷性能評価テスト


1. テストの内容と方法

バイオクール5L容器に保冷材を入れた場合の保冷時間を測定する。


保冷材種類：フリーザーアイスハード-16℃ 500g 4枚

保冷材使用条件：48時間以上凍結(-18℃以下)

テスト方法：側面4か所に保冷材をセットし温度を測定



2. 実測データ



3. 測定結果

平均外気温約24℃で-5℃以下を約30時間保冷維持