

保冷性能評価テスト

1. テストの内容と方法

バイオクール5L容器に保冷材を入れた場合の保冷時間を測定する。


保冷材種類：フリーザーアイスハード0°C 500g 4枚

保冷材使用条件：48時間以上凍結(約-18~-16°C)

テスト方法：側面4か所に保冷材をセットし温度を測定



2. 実測データ



3. 測定結果

平均外気温約23°Cで2°C以下を約48時間保冷維持